

## 熱画像装置



### 熱画像装置

商品名/型式/ メーカー名	赤外線サーモグラフィカメラ／InfReC R500Pro／日本アビオニクス製
仕様	温度精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 測定温度範囲： $-40\sim 2000^{\circ}\text{C}$ 空間分解能：0.58 mrad
用途	物体から放射される赤外線領域のエネルギーを測定し、物体表面の温度分布を非接触で測定する。
担当	環境エネルギー部 エネルギー技術グループ

対応する依頼  
試験項目

放熱器の表面温度分布試験、電熱ヒーターの低温下における昇温試験