

報道発表資料の配付日時 3月13日(金) 15時00分

発表項目	依頼試験成績書に記載したデータの誤りについて		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>平成29年度に道総研が発行した依頼試験成績書の記載内容に、誤りがあったことが判明しました。詳細は次のとおりです。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 事案の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 道総研建築研究本部が平成29年7月13日付けで換気扇の性能に係る依頼試験成績書を発行。 平成31年4月27日、外部から当該成績書の数値に関する問合せがあり、調査した結果、依頼試験成績書の数値に転記ミスがあることを5月7日に確認。 当初より依頼者の了解を得た上で公表することとしていたところ、依頼者が、令和元年(2019年)10月から顧客への説明を開始し、この度、依頼者との協議が整ったことから、公表することとしたものです。 <p>2 発生の原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 担当者が、測定したデータを試験成績書用の計算シートに入力する時に転記ミスをしたこと、試験成績書の発行の際の内部での確認が不十分であったことが原因です。 <p>3 対応状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 判明後すぐに依頼者に状況を説明し、修正した成績書を再発行するとともに、今後の対応について協議。依頼者の顧客への説明は現在も継続中。 建築研究本部の依頼試験は、判明後に受託を一旦中止し、過去5年間に発行した試験成績書の点検、確認作業を実施。 確認の結果、本件以外に数値の誤り等はなかったことを確認し、再発防止策を講じた上で、8月1日から依頼試験の受付を再開しました。 <p>4 他の研究本部の依頼試験について</p> <ul style="list-style-type: none"> 本事案を踏まえ、他の研究本部が過去5年間に発行した依頼試験成績書の点検・確認を実施。 その結果、産業技術研究本部において、17件の転記ミスを昨年末までに確認しましたが、すでに依頼者に状況を説明し理解を得られたところであり、対応は終了しています。 <p>5 今後の対応</p> <ul style="list-style-type: none"> 公設の試験研究機関として、信用を損ないかねない重大な事案と認識しており、道総研全体としてチェック体制の強化や試験データの取扱いの明確化などを図ったところであり、今後、再発防止に万全を期するよう取り組んでまいります。 		
参考			
報道(取材)に 当たって のお願い			
他のクラブ との関係	同時配付(場所) 同時レク		
担当 (連絡先)	北海道立総合研究機構 経営企画部 副部長 上田 昌宏 TEL: 011-747-2795		