

## 機器名:ガスクロマトグラフ(ガス組成分析)



- メーカー:(株)島津製作所
- 型式:GC-2014AT
- 機器の概要:熱伝導度型検出器(TCD)でカラムで分離されたガスの組成を分析します。
- 主な仕様:
  - 検出器:熱伝導度型検出器(TCD)
  - カラムオーブン:温度範囲(室温+10°C~400°C)
  - カラム:パacked・キャピラリ
  - 注入ユニット:DINJ-2014・SPL-2014・SINJ-2014・WBI-2014

- 具体的な使用例  
食品包装容器内のガス組成等のガス分析

- 設備使用料  
最初の1時間:2830円  
2時間目以降の1時間ごと:350円

- 留意事項

- 問合せ先  
食品加工研究センター 食品技術支援グループ  
TEL: 011-387-4132