

契約名：研究用備品（小型高周波誘導炉 一式）の物品購入契約

入札日：令和 7 年 5 月 28 日

要求仕様書に関する質問回答

No.	資料名	内容	回答
1	要求仕様書	既設誘導炉設備についての記載がございませんが、撤去・廃棄処分は受注者にて実施すると考えるべきでしょうか。 廃棄処分を受注者にて実施する場合、マニフェスト A 票で検収可能でしょうか。	既存機器の撤去・廃棄は落札者が行い、費用は契約額に含みます。ただし、請求書には当該費用を個別に計上してください。 なお、最終処分後、落札者が保管すべき産業廃棄物管理票（マニフェスト）の各票の写しを納入先に提出してください。 上記については、要求仕様書を一部変更し、既設設備の取扱いについて追記しましたので、ご確認ください。