

## 購入により取得する物品の仕様書

1 品名 穀物用近赤外成分測定装置

2 数量 穀物用近赤外成分測定装置 1台  
付属品 1式

### 3 仕様

#### (1) 穀物用近赤外成分測定装置

- |            |                  |
|------------|------------------|
| ① メーカー     | フォス・ジャパン株式会社     |
| ② 銘柄       | インフラテックNova      |
| ③ 測定法      | 透過型近赤外分析法        |
| ④ 波長範囲     | 400-1100nm       |
| ⑤ 検量線      | 精米・玄米用 (たんぱく・水分) |
| ⑥ 最低サンプル量  | 9g程度             |
| ⑦ 電源アダプター  |                  |
| ⑧ その他標準付属品 |                  |

#### (2) 付属品

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| ① 容積重モジュール (S900160)           | 1個 |
| ② サンプルトランスポートモジュール             | 1個 |
| ③ トップローデッドキュベット (6/10/18/25mm) | 1個 |
| ④ トランス (CU120-06S 100-115V)    | 1個 |

#### (3) 運搬及び設置調整費用 一式

### 4 納入及び取扱説明

当該物品の納入に際して、運搬、動作確認、調整に要する費用は全て受注者の負担とし、納入後に本体及び付属品の取扱説明を実施すること。

### 5 保証

納入後1年以内に設計及び製作上の欠陥によるものと見なされる故障が発生した場合の修理は、受注者が無償で行うこと。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する。

なお、特に重大な設計及び製作上の欠陥による故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者で協議のうえ、受注者に無償で修理を行わせることがある。

### 6 その他

- (1) 当該物品は新品であること。
- (2) 当該物品の取扱説明書及び純正部品表を1部以上提出すること。