

サーモグラフィカメラ



メーカー	フリアーシステムズ
型式	FLIR CPA-E53
概要・用途	材料の表面温度を計測し、計測温度を画像化する装置
仕様	[画素数] 240×180ピクセル [測定温度範囲] -20℃～650℃
所有機関	建築研究本部北方建築総合研究所 〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1-20