

熱伝導率測定装置



メーカー	英弘精機
型式	FOX314
概要・用途	板状の試験体の熱伝導率を測定する装置
仕様	[測定] 最大サンプル厚さ100mm 角サンプル幅300mm [熱伝導率範囲] 0.005～0.35W/m・k
所有機関	建築研究本部北方建築総合研究所 〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1-20